

Mê Linh, ngày 03 tháng 12 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua quả lọc nội độc tố cho máy chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa Huyện Mê Linh với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh
- Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Ngọc Thanh – KHTH&VTYT (SĐT: 0978987669)
- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh – Thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
- Thời hạn nhận báo giá: Từ 10h ngày 09/12/2024 đến trước 17h 18/12/2024
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét
- Thời hạn hiệu lực báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục này.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Kh ối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện	Dự kiến ngày hoàn thành
1	Quả lọc nội độc tố	Chất liệu màng: Polysulfone/MediSulfone UF Diện tích màng: 2.1 m <sup>2</sup> Tốc độ lọc trung bình/ m <sup>2</sup> : 2.4 ml/phút mmHg m <sup>2</sup> Áp suất xuyên màng tối đa: 600 mmHg Thể tích mỗi màng: 52 ml Đường kính trong và ngoài màng lọc: 250 μm và 350 μm Độ dày thành sợi lọc: 50 μm Hiệu suất lưu giữ nội độc tố: LRV ≥ 5	05	Quả	Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh	



		Thời gian sử dụng: 750 giờ Rửa nhiệt : 75 lần Phương pháp tiệt trùng: EtO Cổng kết nối: chất liệu				
--	--	--	--	--	--	--

**GIÁM ĐỐC**  
  
*Trần Quang Trịnh*

**Trần Quang Trịnh**

